

<p align="center">ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ</p>	<p align="center">ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ- ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΨΙΩΝ <u>ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΕΣ</u> <u>(σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές)</u></p> <p>(δειγματοληπτικά γυάλινα φιαλίδια 1lt, δειγματοληπτικά γυάλινα φιαλίδια 250ml, πλαστικά φιαλίδια των 10ml, ισοθερμικά ψυγεία πάγου για την φύλαξη των δειγμάτων, ψυκτικό μέσο (παγοκύστες), δειγματολήπτης εδάφους-τύπου ανοικτού σωλήνα, δειγματοληπτικές πλαστικές σακούλες εδάφους, φορητό πεχάμετρο)</p>
<p align="center">ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ</p>	<p>Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση που υπάρχει στο Π.Δ.Ε. 2012 ΣΕ 07580072 «Υποστήριξης της λειτουργίας του Συντονιστικού Γραφείου για την Αποκατάσταση Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥ.Γ.Α.ΠΕ.Ζ.)» της ΣΑΕ 075/8.</p>
<p align="center">ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</p>	<p>3.861 € (τρεις χιλιάδες οκτακόσια εξήντα ένα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (3.139 € συν 23% ΦΠΑ)</p>
<p align="center">ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ</p>	<p>Εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών</p>
<p align="center">ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ</p>	<p>09/10/2014 Δεν απαιτείται δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο ή σε τεύχος ΦΕΚ</p>
<p align="center">ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ</p>	<p align="center">24/10/2014 μέχρι τις 12.00 μ.μ. Οι προσφορές θα συνοδεύονται από αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές και χρόνο εγγυήσεων</p>
<p align="center">ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ</p>	<p>κα Θεοδωροπούλου Δέσποινα (τηλ. 210-6974714) Μεσογείων 119, έβδομος όροφος, γραφείο 727</p>

1. Είδη προμήθειας

α/α	ΕΙΔΟΣ	Κωδικός CPV	Τεμάχια
1	ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ 1lt	337930000-5: "Γυάλινα είδη εργαστηρίου"	150
2	ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ 250ml	39225700-2: "Μπουκάλια, πεπλατυσμένες φιάλες και φιαλίδια"	400
3	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΩΝ 10ml	39225700-2: "Μπουκάλια, πεπλατυσμένες φιάλες και φιαλίδια"	200
4	ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ	42513200-7: "Εξοπλισμός ψύξης"	15
5	ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ (ΠΑΓΟΚΥΣΤΕΣ)	42532000-4: "Μέρη εξοπλισμού κατάψυξης"	45
6	ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΥΠΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ	44511000-5: "Εργαλεία χειρός"	15
7	ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ	18937100-7: "Σακούλες συσκευασίας"	500
8	ΦΟΡΗΤΟ ΠΕΧΑΜΕΤΡΟ	38416000-4: "Πεχάμετρα"	15

2. Τεχνικές Προδιαγραφές Ειδικού Εξοπλισμού

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΕΣ

Για τον προτεινόμενο εξοπλισμό θα πρέπει να υπάρχουν τα πιστοποιητικά ασφαλείας (CE) και ποιότητας (ISO 9001 ή αντίστοιχο), εκδοθέντα από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

- ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΓΥΑΛΙΝΟ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1LT
- ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (π.χ. ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ, ΡΤΦΕ, ΡVС, ΡΕΤ) ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 250ml
- ΚΟΥΤΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΕΣΟ ΨΥΞΗΣ (ΠΑΓΟΚΥΣΤΕΣ)
 - ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΠΕΡΙΠΟΥ 4 °C) ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 48 ΩΡΕΣ
 - ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΔΟΧΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 1 lt
- ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ
 - ΤΥΠΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ
 - ΟΔΟΝΤΩΤΗ ΜΥΤΗ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ.
 - ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ ΜΕΡΗ.
 - ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛΙ.
 - ΛΗΨΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2,5 CM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 25 CM.
- ΦΟΡΗΤΟ ΠΕΧΑΜΕΤΡΟ
 - ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΝΕΡΟ / ΣΚΟΝΗ : ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΟ ΝΕΡΟ
 - ΕΓΓΥΗΣΗ: 1 ΧΡΟΝΟΣ
 - ΤΥΠΟΣ ΟΘΟΝΗΣ: LCD ΨΗΦΙΑΚΗ
 - ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ: ΠΛΑΣΤΙΚΟ ABS
 - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΕΥΡΟΣ	0-14 ΡΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ	0.1 ΡΗ
ΑΚΡΙΒΕΙΑ	± 0.2 ΡΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	150 ΩΡΕΣ
ΟΘΟΝΗ	LCD 8 ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ

ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ: 0-60°C

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ±0,4°C

ΑΝΑΛΥΣΗ 0,1°C